

Richtwerte-Tabelle ExoCAD.

	Sekundär	Teritiar	Reiseprothese	Heron Scanner Zirkon	NEM Scan	Zirkon Inlay	Sirona Zirkon	Titan + NEM
Minstdicke	0.4	0.4		0.6	0,4		0.6	0.4
Zementspaltdicke	0,025	0	0	0	0	0.05	0	0
Beginn ZS	2,5	0	0	0	0	0	0	0
Ende ZS	0	0	0	0	0	0	0	0
Zus. Abstand axial	0,01	0.15	0	0.065	0,065	0	0.065	0.2
Zus. Abstand radial	-0,01	0.15	0	0.065	0,065	0	0.065	0.2
				0		0.016		
axial oben	0,05							

Horizontaler KR	0.15	0.15	0.2	0.2		0.15		0.15
Angewinkelter KR	0	0	0	0		0	0	0
Winkel	0	0	0	0		0	0	0
Vertikaler KR	0	0	0	0		0	0	0
Verbindungsquerschnitt	9	9	-	9		9	9	9
Nicht ausblocken	0	0	-	0		0	0	0
Fräserdurchmesser	1.0		1.0	1.0		1.0	1.0	1.0